

ЧЕК-ЛИСТ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ПОВЕРКУ СИ

Основной информацией при заполнении заявки на поверку является, конечно, корректное заполнение таблицы с информацией о СИ. В этом чек-листе мы подробно рассмотрим правильное заполнение каждого пункта.

№ п/п	Наименование СИ	Кол-во СИ	Заводской номер	Вид работ	Год выпуска	Объем работ	Собственник прибора
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Первый пункт в таблице заявки на поверку СИ – порядковый номер прибора.

Второй пункт – наименование СИ. В этом пункте необходимо указать наименование СИ в соответствии в тем, как он внесен в госреестр.

Например, оптический рефлектометр, измеритель оптической мощности, источник оптического излучения.

Затем пишем конкретную модификацию вашего прибора.

Например, ваш прибор КИВИ-7212. Во ФГИС «Аршин» он внесен как рефлектометры оптические серии КИВИ-7200. В заявке следует указать номер модификации, а именно, КИВИ-7212.

То есть, выглядеть это должно следующим образом:

- Рефлектометр оптический КИВИ-7212;
- Источник оптического излучения FLS-600-23BL;
- Тестер оптический FHM2A02.

Часто встречаются приборы модульного типа, которые включают в себя платформу и вставной модуль. Необходимо так же ориентироваться на наименование СИ во ФГИС «Аршин», но важно внести и наименование модуля.

Например, ваш прибор FTB-1v2 с модулем FTBx-750C-SM1. Во ФГИС «Аршин» он внесен как системы оптические измерительные FTB-1v2 / FTB-1v2-PRO. Название платформы указано на приборе - FTB-1v2 или FTB-1v2-PRO. Затем прописывается измерительный модуль.

Например, модуль оптического рефлектометра или анализатора оптического спектра.

Выглядеть это должно так:

- Системы оптические измерительные FTB-1v2 с модулем оптического рефлектометра FTBx-750C-SM1;
- Системы оптические измерительные FTB-1v2 с модулем анализатора оптического спектра FTBx-5245.

2

3 Третий пункт – количество СИ. В случае, если у вас два и более одинаковых по модификации прибора, в этом пункте достаточно указать их количество, а не вносить каждый из приборов отдельно.

4 Четвертый пункт – заводской номер. В этом пункте указывается заводской номер прибора. Однако, если СИ модульного типа, необходимо указывать 2 номера: первым номер платформы, вторым номер вставного модуля.

Например, номер платформы FTB-200 – 123456, а номер модуля FTB-7200D-023B – 654321. Пишем – 123456 / 654321.

5 Пятый пункт – вид работ. Здесь нужно указать первичную поверку, периодическую поверку или калибровку.

Первичная поверка указывается в случае, если прибор утвержден в госреестре и не проходил поверку ранее. Также первичной поверкой будет считаться поверка СИ после ремонта.

Периодическая поверка указывается в случае, если прибор утвержден в госреестре и уже проходил поверку.

Калибровка указывается в случае, если СИ не внесено в госреестр.

Информацию о том, внесено ли СИ в госреестр можно найти во ФГИС «Аршин» - «Утвержденные типа средств измерений». Введите наименование СИ в соответствующем пункте, если информация о приборе есть, значит, он утвержден и будет проходить именно процедуру поверки.

6 Шестой пункт – год выпуска. Эту информацию можно найти либо разделе «Информация о приборе», либо на внешней части СИ, чаще всего там же, где указано название и заводской номер прибора.

7 Седьмой пункт – объем работ. Указывается полный или сокращенный. Чаще всего следует указать полный объем работ. Сокращенный пишется в том случае, если необходимо поверить только некоторые опции/длины волн прибора.

8 Восьмой пункт – собственник прибора. Указывается наименование и ИНН организации-собственника. Вносится в том случае, если организация дает согласие о передаче сведений во ФГИС «Аршин». Заявление на согласие о передаче сведений заполняется отдельно.

! Реквизиты организации заполняются по данным из карточки организации. Если вы уже сотрудничали с ЭкспертЛабс и реквизиты не менялись – достаточно наименования и ИНН предприятия.

Также необходимо иметь при себе доверенность на получение прибора, чтобы забрать его из поверки.